



BRUKSANVISNING

Duschstol Clean

En stark och funktionell duschstol utvecklad särskilt till den bariatriska användaren.

Duschstol Clean är anpassad till användare upp till 325 kg.



UPP TILL 325 KG




Innehållsförteckning

1. Säkerhet	3
2. Symbolförklaring.....	4
3. Generellt	5
4. Användning.....	5
5. Inställningar	5
6. Långtidsförvaring	6
7. Rengöring och underhåll	6
8. Bortskaffning	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer	8
11. Beställning	8

1. Säkerhet

VARNING

Duschstol Clean får inte användas utan instruktion av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i användandet av duschstolen. Vid felaktig användning kan användaren ta skada.

Bruksanvisningen ska läsas grundligt innan duschstolen används. Rikta speciellt din uppmärksamhet mot säkerhetsvägledningar markerade med .

Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten eller för personskador förorsakade av felaktig användning av Duschstol Clean.

Kontakta Cobi Rehab omedelbart om Duschstol Clean är skadad eller har felaktigheter. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda situation som kan uppstå efter reparationer som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.

SÄKERHETSVÄGLEDNING

Duschstol Clean ska ställas in av utbildad personal eller av personer som fått instruktion i användandet av duschstolen. Felaktig inställning kan skada användaren.

Duschstol Clean kan tippa eller ta skada om den används av personer som väger mer än 325kg.

Duschstol Clean får inte användas i bassänger eller swimmingpools.

Använd Duschstol Clean på ett plant och hårt underlag med en maximal lutning på 3°. Vi större lutning än 3° finns risk för att duschstolen välter.










Duschstol Clean ska monteras på ett korrekt sätt innan den används. Se instruktion under **Inställningar**.












Desinficera alltid duschstolen innan den ska användas av en annan användare. Detta för att undvika korskontaminering.

Bristande kontroll av bultar såsom anvisas kan förorsaka funktionsfel.

Brist på underhåll kan skada duschstolen, förkorta livslängden eller påverka duschstolens prestanda.

2. Symbolförklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett.	
	Varning!
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet för medicintekniska produkter EU 2017/745
	Cobi artikelnummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Tillverkare
	Medicinsk utrustning klass 1
	Användarvikt
	Läs manual
CE-etiketten är placerad på duschstolens ram. Exempel på etikett kan ses här under.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Clean, 61cm 0142-061-000			325 KG
	0051783			MADE IN TAIWAN
	2020	(01)05740000101288(21)0051783		

3. Generellt

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om användningen av duschstol Clean för anpassad målgrupp. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finner du på vår hemsida. Kontrollera att den version du sitter med nu är den senaste.

Om du har behov av en bruksanvisning med större skrift finns bruksanvisningen i PDF-format på www.cobirehab.se. Där kan du förstora upp skriftstorleken.

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar fler upplysningar om duschstolen.


Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varning.

Duschstolens UDI-nummer framgår av etiketten på duschstolen.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkten kan ses på hemsidan under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>


4. Användning

Duschstol Clean används vid toalettbesök och vid duschsituationer i våtrumsmiljö (till exempel duschrum).

 Duschstol Clean kan tippa eller ta skada om den används av personer som väger mer än 325 kg.

Duschstol Clean används på sjukhus, omsorgsboenden och i privata hem.

Rådfråga alltid en förskrivare innan Duschstol Clean rekommenderas till en användare.

 Duschstolen får inte användas i miljöer med hög salthalt (simbassäng eller simhall) eller i starkt sura eller basiska miljöer.

Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer förknippade med bruket av Duschstol Clean.

5. Inställningar

Montering av Duschstol Clean

Clean består av två delar, stolens ram och ryggstöd.

1. Sätt en bricka på varje bult. Fäst ryggstödet på stolens ram genom att sätta i de fyra bultarna och brickorna i hålen, två på vardera sida. Dra åt dem ordentligt med den medföljande insexnyckeln.

Justering av sittedjupet och ryggstödet

1. Sittedjupet kan justeras i tre positioner. Välj två hål (fram, mitt eller bak) på ryggstödet för önskat sittedjup. Se instruktion ovan.

Justering av benens höjd

1. Höjden på benen kan justeras i sex positioner genom att låsa upp bulten, justera höjden på benen och sedan dra åt de fyra bultarna som redan är monterade på benen. Använd båda insexnycklarna när du justerar.

Verktyg att använda

Två insexnycklar med 5 mm sexkant, fyra skruvar med invändig sexkant och fyra brickor.

Under användning


Ryggstödet kan justeras i tre olika djup. Att justera sittedjupet påverkar inte stolens stabilitet.

6. Långtidsförvaring

Duschstol Clean bör förvaras mörkt och i en temperatur mellan -10° - 50° C.


7. Rengöring och underhåll

Duschstolens ram, sits och armstöd ska efter användning tvättas med kalk- och saltneutralt vatten med ett vanligt rengöringsmedel och sedan torkas av.

 Duschstolen får inte användas i miljöer med hög salthalt (simbassäng eller simhall) eller i starkt sura eller basiska miljöer.

Desinficering


Duschstol Clean kan också desinficeras med ytdesinfektion 70% eller ned en klorprodukt 1000-1200 ppm.

 Desinficera alltid Duschstol Clean innan den ska användas av en ny användare. Detta för att undvika korskontaminering.

Eventuella lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

Bultar

Bultar ska kontrolleras regelbundet och bytas ut om det är nödvändigt.

 Bristande kontroll av bultar kan förorsaka fel på produkten.

8. Bortskaffning

När duschstolen inte längre används ska den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information kring bortskaffning.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterar att Duschstol Clean är felfri när den levereras. Skulle det mot förmodan vara brister eller fel på duschstolen vid leverans, kontakta Cobi Rehab omedelbart.

Garantiperioden för Duschstol Clean är ett år från köpedatum och täcker produktionsfel eller defekt vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller inte:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller skadats väsentligt.
- produkter som har reparerats av ej auktoriserad person.

Garantin omfattar inte:

- slitagedelar.

9.1 Oförutsedda händelser

Varje oförutsedd händelse som inträffar vid bruk av Duschstol Clean ska rapporteras till Cobi Rehab.

9.2 Efter förväntad livslängd

Efter förväntad livslängd är det viktigt att det görs en bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet av produkten, då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten är använd eller hur sliten den är.

Garantin gäller inte om Cobi Rehab bedömer att duschstolen har hanterats på ett olämpligt sätt eller använts i salthaltiga, sura eller basiska miljöer.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både service och reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

⚠ Brist på underhåll kan skada duschstolen, förkorta livslängden eller påverka duschstolens prestanda.

10. Specifikationer

Maximal användarvikt	325 kg
Sittbredd	61/71 cm
Sittdjup, justerbar	40-52 cm
Sitthöjd, justerbar	44-59 cm
Avstånd mellan armstöd	65/75
Totalbredd över armstöd	73/83 cm
Total höjd	79-94 cm
Total längd (från fot till ryggstöd)	80-101 cm
Bredd toalettöppning	Ø 24 cm, 35 cm lång
Sits/rygg/armstöd	Polyuretan
Ram	Krom molybden stål/SAE41-30
Vikt (61 cm/71 cm)	14/15 kg
ISO - klassifikation	ISO 09 33 07 03
Produktens förväntade livslängd	7 år
Riskklass	I
UDI-DI	5 740 000 101 288/5 740 000 101 295
Grundläggande UDI	5740000100003MY
Generella krav och testmetoder	EN 12182
Yttemperaturen på duschstolen kan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla eller värme.	

11. Beställning

Modell	Artikelnummer
Duschstol Clean 61 cm	0142-061-000
Duschstol Clean 71 cm	0142-071-000



COBI REHAB



TILLVERKARE

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522

cobirehab.com

LEVERANTÖR

Cobi Rehab
c/o Helio
Hornsbruksgatan 23 B
117 34 Stockholm
08-702 97 74

cobirehab.se